

IMPUGNAÇÃO



A PREFEITURA DE TAMBORIL/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023

A empresa **MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrito no CNPJ nº34.075.280/0001-19, sediada na **AVENIDA ZOROASTRO ARTIAGA, QD. 09, LT. 44, CRUZEIROS DO SUL, APARECIDA DE GOIANIA – GO, CEP 74.917-196**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO**, portador(a) da Carteira de Identidade no **5208837 SSP-GO** e do **CPF nº032.777.991-82**, residente e domiciliado na **Rua H-154, quadra 322, lote 02, s/n, casa 1, Cidade Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.937-530**, vem, respeitosamente, formalizar **PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO**, nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto 3.555/2000, e das razões abaixo:

IMPUGNAÇÃO

O item 70 – **APARELHO DE ANESTESIA** encontra DIRECIONADO para apenas para UMA ÚNICA MARCA. O equipamento solicitado no descritivo é o modelo **FABIUS PLUS – MARCA: DRÄGER**. Torna-se um direcionamento quando se mostra que o descritivo é apresentado **APENAS** para privilegiar **uma única** marca/modelo que atenderá por sua totalidade ao exigido em edital. A aquisição precisa ser isonômica e, para esse edital foi copiado as características de desempenho do **FABIS PLUS – MARCA: DRAGER**, ou seja, demonstra um direcionamento a marca. É imperiosa a condição de que a aquisição seja isonômica, pelo fato de existir equipamentos que possuam a mesma tecnologia e qualidade (podendo ser até superiores) também possam participar do certame. Caso contrário, essa conceituada prefeitura também não obterá economicidade no processo, uma vez que tendo uma única participante já que não haveria competição em lances, o valor ofertado, mesmo após a fase de lances, iria onerar o tesouro municipal.

COMPARAÇÃO DO EDITAL EM RELAÇÃO A FICHA TÉCNICA DO FABIUS PLUS

- 1) **Edital solicita:** Aparelho de anestesia oferecer os principais modos de ventilação.

Ficha técnica Drager:

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Oferece os principais modos de ventilação

- 2) **Edital solicita:** Monitor de alto contraste colorido;

Ficha técnica Drager:

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Oferece os principais modos de ventilação

- Monitor de alto contraste colorido

- 3) **Edital solicita:** Carro de transporte com base ampla fornecendo grande estabilidade para flexíveis configurações de monitores.

Ficha técnica Drager:

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Oferece os principais modos de ventilação

- Monitor de alto contraste colorido

- Carro de transporte com base ampla fornecendo grande estabilidade para flexíveis configurações de monitores

- 4) **Edital solicita:** Versões opcionais de parede ou estativa;

Ficha técnica Drager:

- Versões opcionais de parede ou estativa

- 5) **Edital solicita:** Sólido, design espaçoso e com amplas gavetas somente versão chão.

Ficha técnica Drager:

- Sólido, design espaçoso e com amplas gavetas (somente versão de chão)

- 6) **Edital solicita:** Funções de backup inteligente ajudam a maximizar o tempo de 01 funcionamento no centro cirúrgico.

Ficha técnica Drager:

- Funções de backup inteligente ajudam a maximizar o tempo de funcionamento no Centro Cirúrgico

- 7) **Edital solicita:** Interface de usuário padrão Drager para operação fácil e intuitiva.

Ficha técnica Drager:

- Interface de usuário padrão Dräger para operação fácil e intuitiva

- 8) **Edital solicita:** Trilhos padrão industrial para equipamentos adicionais Drager e de terceiros.

Ficha técnica Drager:

- Trilhos padrão industrial para equipamentos adicionais Dräger e de terceiros

- 9) **Edital solicita:** Compatível com o absorvedor CLIC.

Ficha técnica Drager:

- Compatível com o absorvedor CLIC.

COMPARAÇÃO GERADO DO EDITAL EM RELAÇÃO A FICHA TÉCNICA DO FABIUS

PLUS

APARELHO DE ANESTESIA OFERECER OS PRINCIPAIS MODOS DE VENTILAÇÃO MONITOR DE ALTO CONTRASTE COLORIDO CARRO DE TRANSPORTE COM BASE AMPLA FORNECENDO GRANDE ESTABILIDADE PARA FLEXÍVEIS CONFIGURAÇÕES DE MONITORES VERSÕES OPCIONAIS DE PAREDE OU ESTATIVA [REDACTED] [REDACTED] FUNÇÕES DE BACKUP INTELIGENTE AJUDAM A MAXIMIZAR O TEMPO DE O FUNCIONAMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO INTERFACE DE USUÁRIO PADRÃO DRAGER PARA OPERAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA TRILHOS PADRÃO INDUSTRIAL PARA EQUIPAMENTOS ADICIONAIS DRAGER E DE TERCEIROS [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Oferece os principais modos de ventilação
- Monitor de alto contraste colorido
- Carro de transporte com base ampla fornecendo grande estabilidade para flexíveis configurações de monitores
- Versões opcionais de parede ou estativa
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Funções de backup inteligente ajudam a maximizar o tempo de funcionamento no Centro Cirúrgico
- Interface de usuário padrão Dräger para operação fácil e intuitiva
- Trilhos padrão industrial para equipamentos adicionais Dräger e de terceiros
- Compatível com o absorvedor OLC



Separamos por cor, cada escrita do edital em relação ao catálogo do Fabius Plus - Dräger

Link para Consultar a ficha técnica: https://www.draeger.com/products/content/fabius_plus_pt.pdf

Página 03

Dê uma olhada melhor no Fabius® Plus da Dräger

Hospitais em todo o mundo estão procurando constantemente por soluções práticas e econômicas para seus desafios diários. Com mais de 30.000 equipamentos da família Fabius atualmente em uso em mais de 120 países no mundo, é claro que muitos hospitais que buscam por qualidade e confiabilidade frequentemente terminam com a aquisição de um Fabius plus. Tecnologia de ventilação inovadora combinada com fácil operação e manutenção fazem do Fabius plus a escolha natural para muitas aplicações.

O Fabius plus combina flexibilidade e recursos avançados de comunicação que o diferenciam de tantas outras plataformas. Ele oferece o que você precisa agora e ainda deixa espaço para você crescer no futuro, graças a uma ampla gama de opções que permite expandir suas capacidades quando você precisar. O Fabius plus é um excelente investimento.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

- Oferece os principais modos de ventilação
- Monitor de alto contraste colorido
- Carro de transporte com base ampla fornecendo grande estabilidade para flexíveis configurações de monitores
- Versões opcionais de parede ou estativa
- Sólida, design espaçoso e com amplas gavetas (somente versão de chão)
- Funções de backup inteligente ajudam a maximizar o tempo de funcionamento no Centro Cirúrgico
- Interface de usuário padrão Dräger para operação fácil e intuitiva
- Trilhos padrão industrial para equipamentos adicionais Dräger e de terceiros
- Compatível com o absorvedor CLIC.





medplus®

Desta forma, solicitamos a reformulação do edital, com as devidas alterações, excluindo-se os pontos e características que direcionam o item para determinada marca/modelo, respeitando-se a descrição básica e isenta de vícios, proporcionando um certame competitivo, com equipamentos e marcas de qualidade participando do mesmo.

DIREITO

É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato" A descrição, nos termos atuais, fere o princípio da igualdade e da isonomia entre licitantes, restringindo-se a disputa.

PEDIDO

Diante do exposto, a IMPUGNANTE requer pelo conhecimento e deferimento da presente impugnação a fim de que seja retificado o descritivo técnico do Edital, visando a ampliação da disputa. São modificações necessárias para a ampliação do número de licitantes e para que a Administração Pública tenha a certeza de que está adquirindo

Termos em que, pede deferimento.

Aparecida de Goiânia – GO, 07 de junho de 2023

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196





medplus®

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de
forma digital por
LUCAS OLIVEIRA
PEIXOTO:0327779
9182
Dados: 2023.06.07
10:07:11 -03'00'



CNPJ: 34.075.280/0001-19
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Av. Zoroastro Artiaga Qd. 09 Lt. 44
Vila Cruzeiro do Sul
CEP: 74.917-196
APARECIDA DE GOIÂNIA GO

MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ 34.075.280/0001-19
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO
CPF 032.777.991-82
RG 5208837 SSP-GO

+55 62 99998 1212 – LUCAS OLIVEIRA
+55 62 99489 6602 – JULIANO RODRIGUES
+55 62 3519 9974
licitacaomedplushospitalargo@gmail.com
lucas@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar
Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44
Cruzeiro do Sul – Aparecida de Goiânia - GO
CEP 74.917-196