

BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 038/2023-PE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL

Requerimento



Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/06/2023 11:08	Prezados, temos um questionamento sobre o item 26 - BALANÇA PEDIÁTRICA. O edital solicita que o equipamento seja PROVIDA DE CONCHA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. Buscando maior economicidade para o erário, o equipamento que vamos ofertar, possui Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, portanto, NÃO SENDO DE AÇO INOXIDÁVEL. Perguntamos: O nosso equipamento, produzido com Concha anatômica em POLIPROPILENO, será aceito por esta Comissão?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
12/06/2023 11:26	Bom Dia, o produto deverá ser entregue conforme especificação da Secretaria de Saúde, Órgão Contratante, não sendo aceito outro com especificação diferente.		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/06/2023 11:15	Prezados, temos um questionamento sobre o item 26 - BALANÇA PEDIÁTRICA. O edital solicita que o equipamento possua CAPACIDADE DE 16 KG e SENSIBILIDADE DE 10 em 10 Gramas. Buscando oferecer um equipamento moderno e proporcionando maior economicidade para o erário, o equipamento que vamos ofertar, possui CAPACIDADE DE 30Kg e SENSIBILIDADE DE 10 em 10 Gramas. Perguntamos: O nosso equipamento, produzido com capacidade de 30Kg e sensibilidade de 10 em 10 gramas, será aceito por esta Comissão? Ficamos no aguardo de vosso posicionamento.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
12/06/2023 11:27	Bom dia, nesse caso o produto é superior, podendo sim ser aceito, desde que consiga ofertar dentro do nosso valor estimado.		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/06/2023 11:12	Bom dia. Solicitamos esclarecimento do item 68 de Tamboril, uma vez que precisamos saber para qual equipamento é o item solicitado. Desde já, gratos.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
21/06/2023 09:53	O edital foi suspenso para as devidas alterações.		Não há arquivo anexado.


Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
15/06/2023 08:31	Prezados, item 70 (aparelho de anestesia), solicitamos descritivo técnico com especificação detalhada para seguirmos com equipamento que atenda a necessidade da instituição.		Não há arquivo anexado.



Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
21/06/2023 09:53	O edital foi suspenso para as devidas alterações.		Não há arquivo anexado.



BLL COMPRAS

Impugnações - Processo 038/2023-PE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBORIL



Requerimento

Bom dia! Segue nossa impugnação referente ao item 70 - Aparelho de Anestesia.

Criado em	Arq. impug.	Endereço
07/06/2023 09:47	Impugnação_Tamboril_CE assinado.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/56d0e623ec3b4e67b697b19ed80b1826.p

Resposta

Em razão das impugnações realizadas no que tange as especificidades dos itens 64, 68 e 70, dispomos que ao informar o setor técnico competente, foram acatados os apontamentos. Portanto, de forma breve, determina-se a anulação da presente licitação, devendo a mesma ter suas premissas reformadas por esta Administração. Assim, decide-se pelo acatamento das razões impugnatórias, devendo a administração rever as especificações dos produtos ora questionados de modo que seja a licitação mais transparen

Status	Respondido em	Arq. resp.	Endereço
DEFERIDO	20/06/2023 16:50		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Bom dia, segue em Anexo a nossa Impugnação referente ao item 70 - APARELHO DE ANESTESIA

Criado em	Arq. impug.	Endereço
07/06/2023 10:08	IMPUGNAÇÃO TAMBORIL - CE.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/ce9249e7e7284ab4b84614205aa92cae.pdf

Resposta

Em razão das impugnações realizadas no que tange as especificidades dos itens 64, 68 e 70, dispomos que ao informar o setor técnico competente, foram acatados os apontamentos. Portanto, de forma breve, determina-se a anulação da presente licitação, devendo a mesma ter suas premissas reformadas por esta Administração. Assim, decide-se pelo acatamento das razões impugnatórias, devendo a administração rever as especificações dos produtos ora questionados de modo que seja a licitação mais transparen

Status	Respondido em	Arq. resp.	Endereço
DEFERIDO	20/06/2023 16:51		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Bom dia, Segue solicitação de impugnação.

Criado em	Arq. impug.	Endereço
15/06/2023 10:18	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PE 382023.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/bab5669e2ba64b369fd1bf9b64236217

Resposta

Em razão das impugnações realizadas no que tange as especificidades dos itens 64, 68 e 70, dispomos que ao informar o setor técnico competente, foram acatados os apontamentos. Portanto, de forma breve, determina-se a anulação da presente licitação, devendo a mesma ter suas premissas reformadas por esta Administração. Assim, decide-se pelo acatamento das razões impugnatórias, devendo a administração rever as especificações dos produtos ora questionados de modo que seja a licitação mais transparen

Status	Respondido em	Arq. resp.	Endereço
DEFERIDO	20/06/2023 16:51		Não há arquivo anexado.



Requerimento

Sesue em anexo.

Criado em	Arq. impug.	Endereço
15/06/2023 13:25	IMPUGNAÇÃO PE 038.2023.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/d9ee3a59cbc04628be0d82ae34f67642.pdf

Resposta

Em razão das impugnações realizadas no que tange as especificidades dos itens 64, 68 e 70, dispomos que ao informar o setor técnico competente, foram acatados os apontamentos. Portanto, de forma breve, determina-se a anulação da presente licitação, devendo a mesma ter suas premissas reformadas por esta Administração. Assim, decide-se pelo acatamento das razões impugnatórias, devendo a administração rever as especificações dos produtos ora questionados de modo que seja a licitação mais transparen

Status	Respondido em	Arq. resp.	Endereço
DEFERIDO	20/06/2023 16:51		Não há arquivo anexado.

Raniela de Souza Santos

RANIELA DE SOUZA SANTOS
TAMBORIL-CE - 21/06/2023