



1. OBJETO:

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

2.1. No município de Tamboril temos as seguintes Unidades de Saúde: um hospital de pequeno porte (hospital estratégico), doze Unidades Básicas de Saúde (UBS) com consultórios odontológicos e estamos implantando a décima terceira unidade, dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um tipo II e um Infante juvenil, um ponto de apoio para os Agentes de Combate a Endemias (ACE) e ainda uma equipe composta por 36 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que são vinculados as UBS's e prestam serviços as comunidades dos seus territórios de abrangência.

Com base no princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entende-se que a aquisição dos equipamentos listados é imprescindível para a manutenção das atividades diárias desenvolvidas por essas unidades, tendo em vista manter o bom funcionamento desses serviços com segurança, comodidade e conforto para os profissionais e principalmente para os pacientes atendidos.

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata o Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.

3.2. Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

4. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1. O prazo para a entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias úteis, podendo ser dilatado conforme pedido formal devidamente aceito pela contratante.

4.2. Provisoriamente: no momento da entrega do objeto à Prefeitura Municipal de Tamboril, após a realização de verificação das especificações técnicas deste Termo de Referência e da Proposta Comercial, que será efetivada por servidor designado para acompanhamento e fiscalização do fornecimento, assinado pelas partes.

4.2.1. Definitivamente: em até 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade pelo servidor designado pela SECRETARIA DE SAÚDE.

4.3. Caso sejam identificados defeitos nos equipamentos em relação às especificações exigidas, a CONTRATADA deverá promover a substituição do(s) equipamento(s) recusado(s) em até 30 (trinta) dias úteis, contados do requerimento da Secretaria Contratante.

4.3.2. Na hipótese de substituição do equipamento, será contado novo prazo de garantia, a partir do novo recebimento definitivo.

4.4 DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.4.1. A garantia dos equipamentos ofertada pela CONTRATADA será integral e cobrirá um **período mínimo de 12 (doze) meses para todos os equipamentos, a partir do recebimento definitivo**, sem limite de quilometragem.

4.4.2. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, sempre que solicitada, independente de ser ou não o fabricante, indicará a(s) autorizada(s), a realizarem os serviços de assistência técnica preventiva ou corretiva aos equipamentos(s).




5. QUADRO COM AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES ESTIMADOS:

Item	Descrição do item	Especificação	Unid.	UBS	HOSP	CAPS	SMS	ACS	ACE	PAS	ODON	Quant. Total	Valor médio	Valor total
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 3.3.90.30.99													
1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 02 OU 03 DOBRADURAS CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO PARA ABASTECER O PAPEL DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAS PARA ABERTURA DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO COR: BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS: 20CM X 22CM	UNID	30	20	6	6	0	0	2	16	80	R\$ 104,44	R\$ 8.355,20
2	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PRESSÃO COM VISOR	DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PRESSÃO COM VISOR PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VÁLVULA DE CONTROLE, AMPLO VISOR FRONTAL, LACRE PARA EVITAR VAZAMENTOS DIMENSÕES 130 MM COMPRIMENTO, 130 MM LARGURA, 280 MM ALTURA	UNID	30	20	6	6	0	0	2	16	80	R\$ 64,00	R\$ 5.120,00
3	TERMÔMETRO DIGITAL	TERMÔMETRO DIGITAL FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA – 50°C A 70°C, APLICAÇÃO GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY CRISTAL, BASE MAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO PILHA	UNID	20	5	0	4	0	0	1	0	30	R\$ 143,90	R\$ 4.317,00
4	COLCHAO P/ CAMA PPP TRI PARTIDO	COLCHAO P/ CAMA PPP TRI PARTIDO PRE PARTO POS PARTO EM ESPUMA DE PU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE REVISTIDO EM COURVIN, DIMENSOES MEDIDA EXT 210 X 110 XM E MEDIDAS INT	UNID	0	6	0	0	0	0	0	0	6	R\$ 939,42	R\$ 5.636,52
5	COLCHÃO PARA CAMA DE	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO	UNID	0	16	0	0	0	0	2	0	18	R\$ 1.233,56	R\$ 22.204,08

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

	SOLTEIRO	TECIDO: POLIÉSTER E ALGODÃO TECIDO COM ALTO TEOR DE ALGODÃO E TRATAMENTO ANTIÁCAROS GRAMATURA: 86G/M ² ESTRUTURA: ESPUMA D33 ESTRUTURA COMPOSTA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE PARA UM PERFEITO SUPORTE ACABAMENTO: DUPLA FACE, SEM ALÇA E SEM RESPIRO MEDIDAS: ALTURA DE 16CM COLCHÃO SOLTEIRO: 88X188 E 88X188 CM SUPORTE POR PESSOA: ATÉ 120KG													
6	CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN	CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MMH TOTALMENTE FECHADA PORTAETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMATO EMPILHÁVEL MATERIAL: POLIPROPILENO DIMENSÕES A X L X C: 100 X 100 X 200 MM COR: MARROM	UNID	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	R\$ 10,77	R\$ 3.231,00
7	CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN	CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN IDEAL PARA ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MMH TOTALMENTE FECHADA PORTAETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO FORMATO EMPILHÁVEL MATERIAL: POLIPROPILENO DIMENSÕES A X L X C: 150 X 200 X 400 MM COR: MARROM	UNID	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	R\$ 25,77	R\$ 5.154,00
8	BOLA SUIÇA PARA PILATES, YOGA E EXERCÍCIOS, SISTEMA ANTIESTOURO, VÁRIAS CORES, RESISTENTE, LEVE, CAPACIDADE DE 150KG, ACOMPANHA BOMBA DE AR, LAVÁVEL COR AZUL	BOLA SUIÇA PARA PILATES, YOGA E EXERCÍCIOS, SISTEMA ANTIESTOURO, VÁRIAS CORES, RESISTENTE, LEVE, CAPACIDADE DE 150KG, ACOMPANHA BOMBA DE AR, LAVÁVEL COR AZUL PESO: 03 QUILOGRAMAS DIMENSÕES: C X L X A: 15 X 10 X 5 CENTÍMETROS PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150 QUILOGRAMAS	UNID	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	R\$ 73,94	R\$ 739,40
9	QUADRO DE AVISO A4	QUADRO DE AVISO A4 THICK 107	UNID	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	R\$ 66,67	R\$ 3.333,50

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04
Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		<p>PESSOA, PROPORCIONANDO MUITO MAIS CONFORTO E PRECISÃO NOS RESULTADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA LCD: O MONITOR ALERTA AO USUÁRIO QUANDO A BRAÇADEIRA NÃO FOI FECHADA CORRETAMENTE • DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORAL: ALERTA O USUÁRIO SE HOVER ALGUM MOVIMENTO CORPORAL QUE POSSA INTERFERIR NO RESULTADO DA AFERIÇÃO • DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES: DETECTA ARRITMIA CARDÍACA DURANTE A AFERIÇÃO • 30 MEMÓRIAS: ARMAZENA AS 30 ÚLTIMAS LEITURAS, O QUE FACILITA O ACOMPANHAMENTO E COMPARTILHAMENTO DOS RESULTADOS • ESSE PRODUTO REQUER PILHAS/BATERIAS, QUE JÁ ESTÃO INCLUSAS 												
	MOBILIARIO GERAL 4.4.90.52.42													
12	CADEIRA CAIXA ALTA CORANO PRETO	<p>CADEIRA CAIXA ALTA CORANO PRETO CADEIRA SECRETÁRIA CAIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO, ASSENTO GIRATÓRIO, PISTÃO A GÁS QUE PERMITE REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA OS PÉS, MADEIRA EM MDP, ESPUMA ANATÔMICA, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA COR PRETA MODELO: SECRETÁRIA COR DO PRODUTO: PRETA MEDIDA DA EMBALAGEM: 54 CM X 21,5 CM X 57 CM PRODUTO MONTADO: ALTURA: 120 CM LARGURA: 48 CM PROFUNDIDADE: 43 CM PESO: 8,6KG</p>	UNID	0	4	3	3	0	0	0	0	10	R\$ 501,47	R\$ 5.014,70

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01
CADEIRA
MATERIAL: NYLON E FERRO
CONTEÚDO NA EMBALAGEM:
01 ASSENTO
01 ENCOSTO
01 MECANISMO
01 MECANISMO DO ENCOSTO
05 PÉS SAPATAS
01 BASE ESTRELA
01 ARO
01 PISTÃO
01 CAPA DO ENCOSTO
02 TAPA FUROS DA CAPA DO ENCOSTO
01 APOIO DE FIXAÇÃO
01 ARRUELA
01 MANÍPULO
01 CAPA DE ACABAMENTO DA BASE
01 APOIO DE PARA FIXAÇÃO DO ARO
02 PARAFUSOS DO ENCOSTO
04 PARAFUSOS 1/4 X 1 X 3/4
01 MANUAL DE INSTRUÇÕES
NECESSITA MONTAGEM, PORÉM NÃO
RECOMENDAMOS A CONTRATAÇÃO DE
UM PROFISSIONAL POR SER DE FÁCIL
MONTAGEM
PESO MÁXIMO PERMITIDO 90 KG
OBSERVAÇÕES:
A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ
SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E
PLANA
ACONSELHAMOS UTILIZAR A
EMBALAGEM PARA FERRAR O CHÃO A
FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO
OS PARAFUSOS DEVEM SER APERTADOS
PERIODICAMENTE
OBSERVAR AS CARGAS MÁXIMAS
SUPPORTÁVEIS
LIMPEZA
1 PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM
ÁGUA, SEGUIDO DE PANO SECO
2 NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		OU ABRASIVOS												
13	BANQUETA GIRATÓRIA COM RODILHO -	BANQUETA GIRATÓRIA COM RODILHO BANQUETA GIRATÓRIA SEM ENCOSTO E COM RODÍZIO, ESTOFADO NA COR PRETA E ESTRUTURA METÁLICA NA COR BRANCA, CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS DE 7/8, ASSENTO GIRATÓRIO ESTOFADO COM 0,35M DE DIÂMETRO, ALTURA REGULÁVEL, QUATRO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, APOIO PARA OS PÉS EM TUBO 5/8, ALTURA MÍNIMA 0,50M E MÁXIMA 0,70M, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ	UNID	16	2	0	0	0	0	1	0	19	R\$ 473,12	R\$ 8.989,28
14	ARMÁRIO VITRINE	ARMÁRIO VITRINE ARMAÇÃO EM AÇO PERFILADO EM L 22,22 X 3MM TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM COR: BRANCO LATERAIS E DUAS PORTAS EM VIDRO 3MM COM FECHADURA TIPO YALE QUATRO PRATELEIRAS EM VIDROS 4MM DIMENSÕES: 0,65 X 0,40 X 1,50M	UNID	14	6	0	0	0	0	2	5	27	R\$ 3.576,62	R\$ 96.568,74
15	POLTRONA RECLINÁVEL PARA DESCANSO	POLTRONA RECLINÁVEL PARA DESCANSO REVESTIMENTO EM CORINO COM MECANISMO DE 01 ESTÁGIO E 02 POSIÇÕES: POSIÇÃO 01 SENTADO, POSIÇÃO 02 DESCANSO PESO SUPORTADO: 110 KG LARGURA: 78,0 CM / ALTURA: 100,0 CM	UNID	0	60	0	0	0	0	4	0	64	R\$ 645,63	R\$ 41.320,32
16	QUADRO VITRINE VIDRO 60X90 C/1UN	QUADRO VITRINE VIDRO 60X90 C/1UN PARA UTILIZAÇÃO DE ALFINETES TIPO TAÇA COM PORTAS DE VIDRO DESLIZANTES MODELO: QUADRO VITRINE MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA DE PINUS ACABAMENTO: VERNIZ MATERIAL PORTA: VIDRO FECHADURA VITRINE: COM CHAVES	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 803,17	R\$ 803,17
17	QUADRO DE AVISO GESTÃO EM MDF C/ 8 DISPLAYS A4 6H2V ACRÍLICO	QUADRO DE AVISO GESTÃO EM MDF C/ 8 DISPLAYS A4 6H2V ACRÍLICO QUADRO DE AVISO EM MDF 8 FOLHAS 6 HORIZONTAIS 2 VERTICAIS A4	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 325,87	R\$ 325,87

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		CARACTERÍSTICAS: EXPÕE FOLHAS A4 PORTA FOLHAS EM ACRÍLICO MATERIAIS:QUADRO EM MDF LAMINADO PORTA FOLHA EM ACRÍLICO CRISTAL DETALHE EM ACRÍLICO COLORIDO													
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E . HOSPITALAR - 4.4.90.52.08														
18	ESTRADO PLÁSTICO TIPO PALETE VAZADO	ESTRADO PLÁSTICO TIPO PALETE VAZADO LARGURA: 100 CM COMPRIMENTO: 120 CM ALTURA: 10 CM PESO: 8 KG CORES: PRETO, BRANCO E NATURAL CÂMARA FRIGORÍFICA CAPACIDADE DE CARGA: 2000 KG 2 TONELADAS NÃO MOVIMENTAR COM EMPILHADEIRA NEM PALETEIRA APLICAÇÕES: IDEAL PARA AQUELAS SITUAÇÕES ONDE PRODUTOS DEVEM SER MANTIDOS AFASTADOS DO CHÃO NORMALMENTE PARA PROTEGER DA UMIDADE OU SUJEIRA ENTRETANTO SERVE TAMBÉM PARA SITUAÇÕES ONDE SÃO APLICADAS ALGUMAS NORMAS DA ANVISA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMO NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, FARMACÊUTICA, RESTAURANTES, ALMOXARIFADO DE HOSPITAIS, SUPERMERCADOS ENTRE OUTROS	UNID	0	60	0	20	0	0	0	0	80	R\$ 370,70	R\$ 29.656,00	
19	AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL	AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL BRAÇOS CONCÊNTRICOS EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NAS CME'S DE HOSPITAIS LACTÁRIO, LABORATÓRIOS, UNIVERSIDADES, INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS E FARMACÊUTICAS SISTEMA DE FECHAMENTO DE BRAÇOS	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 37.267,11	R\$ 37.267,11	





CONCÊNTRICOS MOVIMENTADOS UNIFORMEMENTE ATRAVÉS DE UM VOLANTE CENTRAL ESTE SISTEMA ASSEGURA A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA NO CASO DE EVENTUAIS FOLGAS PELO DESGASTE NATURAL, ASSEGURANDO PRESSÃO POR IGUAL EM TODO O PERÍMETRO DA PORTA, QUE SE FECHA SOBRE UMA GUARNIÇÃO CONFECCIONADA TOTALMENTE EM SILICONE, DESENVOLVIDA PARA PROPORCIONAR VEDAÇÃO E MAIOR DURABILIDADE CÂMARA INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316, E CÂMARAS EXTERNAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PODENDO OPCIONALMENTE SER TAMBÉM EM 316 DIAFRAGMA EM SILICONE PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS TUBULAÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E LATÃO, PODENDO SER OPCIONALMENTE EM INOX 316 BOMBA DE VÁCUO COM ANEL LÍQUIDO OU, OPCIONALMENTE, DUPLO ESTÁGIO COM POTÊNCIAS DE 1,5, 3 OU 4CV CICLO TOTAL DE ESTERILIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAIS E CAMPOS CIRÚRGICOS COM 45 MINUTOS DE DURAÇÃO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA PAINEL DE COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO CAN75, COM 4 PORTAS USB PARA EXPANSÕES OPCIONAIS, COMO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, WIFI E PENDRIVE COM CAPACIDADE PARA 08 CICLOS PRÉPROGRAMADOS E COMPLETAMENTE AJUSTÁVEIS, COM SENHA DE ACESSO PARA MAIOR SEGURANÇA ACESSO REMOTO VIA INTERNET ATRAVÉS DE NAVEGADOR EM QUALQUER PLATAFORMA PERMITE CÓPIA PARA PENDRIVE OPCIONAL:

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

25	MESA GINECOLÓGICA	MESA GINECOLÓGICA MESA UTILIZADA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTRUÇÃO SÓLIDA, CABECEIRA RECLINÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E PÉS EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4 , ESMALTADOS, COM PONTEIRAS, COLCHONETE DIM: 185 M COMP X 050M LARG X 080 M DE ALTURA	UNID	10	1	0	2	0	0	1	0	14	R\$ 2.031,98	R\$ 28.447,72
26	OTOSCÓPIO	OTOSCÓPIO COMPLETO OTOSCÓPIO COM CABO EM METAL CROMADO, PARA DUAS PILHAS MÉDIAS COMUNS, RECOBERTO POR CAPINHA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO CABEÇOTE COM LÂMPADA, REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE VISOR MOVEL LÂMPADA INCANDESCENTE DE 2,5 V REF L07 05 CINCO ESPÉCULOS AURICULARES SEM ENCAIXE METÁLICO, NOS SEGUINTE CALIBRES E QUANTIDADES: 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 2,8 MM Nº 1 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 4,15 MM Nº 2 01 ESPÉCULO DE DIÂMETRO 5,0 MM Nº 3 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 6,0 MM Nº 4 01 ESPECULO DE DIÂMETRO 9,0 MM Nº 5	UNID	16	2	0	0	0	0	0	0	18	R\$ 511,33	R\$ 9.203,94
27	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL COM PEDESTAL	ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL COM PEDESTAL ESTRUTURA TUBULAR COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPAS E VÁLVULA DE SEGURANÇA, COM CAPACIDADE DE 5 CINCO LITROS, EM POLICARBONATO, GRADUADO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 121°C RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO COM FREIO EMPUNHADEIRA PARA TRANSPORTE	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 3.266,67	R\$ 6.533,34
28	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 16 KG	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP16 KG ALMOFADA FIXADA DE FORMA	UNID	10	2	1	0	0	0	1	0	14	R\$ 1.008,55	R\$ 14.119,70

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		ADEQUADA NA BALANÇA, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 16 KG, SENSIBILIDADE 10 EM 10 GRAMAS, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE AÇO OU FERRO FUNDIDO, PINTADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, PROVIDA DE CONCHA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ACOMPANHADA DE ALMOFADA REVESTIDA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL A BALANÇA DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS COMO: REBARBAS, SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PINTURA UNIFRME, ALMOFADA FIXADA DE FORMA ADEQUADA NA BALANÇA.HOMOLOGADA PELO INMETRO.												
29	FOCO DE LUZ CIRÚRGICO FOCO COM HASTE	FOCO DE LUZ CIRÚRGICO FOCO COM HASTE – FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM S/ ESPELHO(100 A 160 CM C/ESPELHO PINTURA EM EPÓXI À 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PARA PROPORCIONAR MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V 50/60 HZ LÂMPADA ALÓGENA DE 12 V X 20 WATTS OU DE QUALIDADE SUPERIOR	UNID	13	3	0	0	0	0	1	0	17	RS 574,48	RS 9.766,16
30	MESA DE MAYO	MESA DE MAYO MESA DE MAYO, UTILIZADO NO AUXÍLIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS, MEDIDAS	UNID	16	4	0	0	0	0	3	0	23	RS 552,41	RS 12.705,43





Prefeitura de Tamboril

		APROXIMADAS: 50 CM COMPRIMENTO X 35CM LARGURA X 1,35CM DE ALTURA, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ROLDANA, BANDEJA COM BORDAS ARREDONDADAS E ABAULADAS ESTUFADO REVESTIDO													
31	SUPORTE PARA SORO	SUPORTE PARA SORO SUPORTE DE SORO, UTILIZADO EM SALAS DE PREPARO DE PACIENTES, DE REHIDRATAÇÃO, DE INALAÇÃO SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX SUPORTE PARA ATÉ 04 QUATRO FRASCOS DE SOROS SIMULTÂNEOS COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE E AJUSTE DE ALTURA	UNID	12	30	3	0	0	0	4	0	49	RS 473,76	RS 23.214,24	
32	MOCHO COM ENCOSTO	MOCHO COM ENCOSTO BANQUETA FIXA COM BANCO GIRATÓRIO, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE FUSO LONGO AVANÇO, ASSENTO INOXIDÁVEL COM 35 CM DE DIÂMETRO, DIÂMETRO: 400MM, ALTURA: 440 ~710MM	UNID	0	0	0	0	0	0	0	6	6	RS 897,46	RS 5.384,76	
33	CADEIRA PARA BANHO NÃO DOBRÁVEL	CADEIRA PARA BANHO NÃO DOBRÁVEL CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO PINTADOS, SEM ARESTAS OU PONTAS CORTANTES ESTRUTURA QUE PERMITE SEU ENCAIXE EM VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM 4 RODAS PEQUENAS PNEUS MACIÇOS, SENDO: RODAS TRASEIRAS FIXAS E DIANTEIRAS GIRATÓRIAS, FREIO BILATERAL, APOIO PARA PÉS, APOIO P/ BRAÇOS FIXOS, PARA PACIENTES DE ATÉ 130 KG, MEDIDAS APROXIMADAS DE : 051 X 0,49 X 1,10 DE ALTURA APRESENTAR PROSPETO/CATALOGO DO ITEM OU AMOSTRA	UNID	0	5	0	0	0	0	2	0	7	RS 1.295,50	RS 9.068,50	
34	CARRO PARA CURATIVO	CARRO PARA CURATIVO ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1 X 1,20 MM TAMPO E	UNID	13	2	0	0	0	0	0	0	15	RS 1.376,67	RS 20.650,05	

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		PRATELEIRA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,80 MM E GRADIL EM TODA VOLTA PUXADOR: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1 X 1,20 MM ACESSÓRIOS FORNECIDOS: BACIA DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 32 CM E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 5 LITROS RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 2 DIMENSÕES: 0,75 X 0,45 X 0,80 C X L X A													
35	MACA EM AÇO COM CABECEIRA	MACA EM AÇO COM CABECEIRA – MOVEL E 04 RODÍZIOS CARRO MACA HOSPITALAR/MACA MÓVEL, LEITO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA E REMOVÍVEL, GRADES LATERAIS DE ABAIXAR E SUPORTE DE SORO INOX, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,50 X 0,90M	UNID	0	3	0	0	0	0	1	0	4	R\$ 2.414,33	R\$ 9.657,32	
36	ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 INOXIDÁVEL, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA E CINTA DE AÇO INOX, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC CAPACIDADE: 1180KG DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPR 0,38 M X LARG 0,37 M X ALT 0,41 M ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 0,22 M ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 0,22 M DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU PISO: 36,5 CM COMPR X 20 CM LARG PESO: 4,05KG GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	UNID	16	10	0	4	0	0	3	0	33	R\$ 421,50	R\$ 13.909,50	
37	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA TUBULAR QUADRADA EM AÇO ASSENTO ESTOFADO APOIO DE BRAÇO ESTOFADO COM REGULAGEM DE ALTURA PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS ACABAMENTO	UNID	13	2	0	0	0	0	0	0	15	R\$ 810,19	R\$ 12.152,85	

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04
Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br






Prefeitura de Tamboril

38	CARRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIETA	COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CARRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DIETA CARRO DE TRANSPORTE TÉRMICO COM GELOX DE 03 PORTAS FABRICADO EM AÇO INOX 304 ESCOVADO POSSUI CONTROLE DE TEMPERATURA MICRO PROCESSADO, CONFIGURÁVEL COM DISPLAY DIGITAL DA TEMPERATURA QUENTE LIGA E DESLIGA EVITANDO QUE O ALIMENTO DESIDRATE E ECONOMIZA ENERGIA E OUTRO DISPLAY DIGITAL PARA DEMONSTRAR A TEMPERATURA DA PARTE AMBIENTE QUE PODE SER INDUZIDA AO FRIO ATRAVÉS DE GELOX POSSUI PORTAS COM TRINCOS DE BATER E VEDAÇÕES COM PERFIL DE SILICONE RESISTENTE A TEMPERATURAS POSSUIR NO MÍNIMO 28 PARES DE CANTONEIRAS INTERNAS PARA ACOMODAR AS BANDEJAS TRANSPORTANDO AS REFEIÇÕES COM SEGURANÇA E O MENOR ÍNDICE DE RUÍDOS POSSUIR PUXADOR EM TUBO DE AÇO INOX NA FRENTE E ATRÁS PARA MAIOR FACILIDADE NO MANUSEIO E DIRIGIBILIDADE, PARACHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA SUA VOLTA, RODÍZIO MACIÇO MACIO QUE UTILIZA ROLAMENTO BLINDADO TORNANDO SUAVE SUA LOCOMOÇÃO E PNEUS QUE NÃO RISCAM E NÃO MARCAM O PISO, FACILITANDO A SUPERAÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS DIMENSÕES APROXIMADAS COM PÁRACHOQUE E RODÍZIO: ALTURA 153 CM X LARGURA 64 CM X COMP 109 CM TENSÃO: 220 V CONSUMO: 1100 W/H CAPACIDADE: 30 BANDEJAS OU 60 PRATOS OU SOPEIRAS	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	RS 1.323,45	RS 1.323,45
39	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUO INFECTANTE, PROJETADO EM RESINA POLIÉSTER E FIBRILAS REFORÇADA E	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	2	RS 475,86	RS 951,72	

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

42	AUTOCLAVE DIGITAL	AUTOCLAVE DIGITAL DIGITAL E DE FÁCIL MANUSEIO DESIGN MODERNO BIVOLT AUTOMÁTICO127/220V ,PERMITINDO QUE VARIE ENTRE 95V E 254V ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30 LITROS TECLADO DE CONTROLE EM AZUL TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA COM NO MÍNIMO 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA TER NO MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES COM NO MÍNIMO 02 ANOS DE GARANTIA	UNID	0	0	0	0	0	0	2	8	10	RS 11.159,67	RS 111.596,70
43	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA: CERCA DE 1,80 M, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS EM PVC	UNID	16	10	3	3	0	0	3	0	35	RS 1.098,00	RS 38.430,00
44	DETECTOR FETAL ULTRA SONICO PORTATIL	DETECTOR FETAL ULTRA SONICO PORTATIL EQUIPAMENTO DE ALTA SENSIBILIDADE UTILIZADO PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER MODELO: PORTÁTIL ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V ALCALINA(NÃO INCLUSA CONSUMO MÁXIMO: 30MA LIGA / DESLIGA: DIGITAL CONTROLE DE VOLUME: DIGITAL 2	UNID	16	2	0	1	0	0	2	0	21	RS 950,79	RS 19.966,59

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		<p>ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO BISTURI SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE INIBE O AUMENTO DE POTÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE FALHA NA CPU BARGRAF BARRA DE LEDS INDICANDO A QUALIDADE DE CONTATO PLACAPACIENTE PERMITE O USO DE PLACAS AUTOADESIVAS COMUNS OU BIPARTIDAS PPM, QUE MONITORAM A IMPEDÂNCIA DE CONTATO PLACAPACIENTE E INTERROMPE AUTOMATICAMENTE A POTÊNCIA DE SAÍDA ACIONANDO O ALARME RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO DE PLACAPACIENTE INTEIRA OU BIPARTIDA ATRAVÉS DE UM ÚNICO CABO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA DESCONEXÃO DO ELETRODO DE RETORNO CABOS COM CONECTORES ISOLADOS QUE EVITAM CONEXÃO INVERTIDA E RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 100C A 400C GABINETE CLASSE I EQUIPAMENTO TIPO CF PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR NO ELETRODO NEUTRO</p>															
47	<p>MESA ELÉTRICA PARA ALTA CIRURGIA LEITO DESLIZANTE RADIOTRASPARENTE</p>	<p>MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: BASE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR. BASE MÓVEL COM RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 5 POLEGADAS DOTADA DE SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E FREIOS MOTORIZADOS ACIONADOS ATRAVÉS DO PAINEL DE</p>	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	2	125.805,56	RS	RS 251.611,12		





CONTROLE.COLUNA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, PODENDO SER REVESTIDA EM POLÍMERO ABS REFORÇADO, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL SUPERIOR.CHASSIS: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL SUPERIOR, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO, COM SISTEMA QUE PROPORCIONE A BLINDAGEM CONTRA LÍQUIDOS DAS PARTES INTERNAS.LEITO ARTICULÁVEL, RADIOTRANSARENTE, DIVIDIDO NO MÍNIMO EM 05 SECÇÕES (CABEÇA, DORSO, ASSENTO, RENAL E PERNEIRA RETRÁTEIS). RÉGUA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 220 KG NA POSIÇÃO ZERO.MOVIMENTOS MOTORIZADOS: REGULAGEM DE ALTURA A PARTIR DE 760 MM OU MENOR COM CURSO DE NO MÍNIMO 200MM DE ELEVAÇÃO, TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, REVERSO DO TRENDELEMBURG MÍNIMO DE 0 A 20 GRAUS, LATERALIDADE NAS ANGULAÇÕES MÍNIMAS DE 0 A 18 GRAUS, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL NA FAIXA MÍNIMA DE +/-300MM PARA CADA LADO E DORSO. OS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DEVERÃO SER ACIONADOS POR PAINEL DE CONTROLE LOCALIZADO NA COLUNA DA MESA E VIA CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO DE NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO.DEVE PERMITIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE POSIÇÕES: RENAL; SEMIFLEXÃO DE PERNA E COXA; FLEXÃO ABDOMINAL; SEMISSENTADO E SENTADO. ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO:01

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		ARCO DE NARCOSE; 01 SUPORTE PARA RENAL; 01 PAR DE SUPORTES DE BRAÇO, 01 PAR DE PORTA-COXA, 01 PAR DE SUPORTES LATERAIS, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 JOGO DE COLCHONETE INJETADO EM POLIURETANO, LEVE E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, IMPERMEÁVEL SEM NENHUM TIPO DE COSTURA OU REVESTIMENTO, BIOCOMPATÍVEL, NÃO IRRITANTE E NÃO ALÉRGICO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADOS NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 E NBR IEC 60601-2-46																
48	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: • POSSIBILIDADE DE CONTROLE E PROGRAMAÇÃO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO MARCA DIXTAL MODELO 2010 DISPONÍVEL NA UNIDADE • MONITOR COM TELA LCD COLORIDA COM MATRIZ ATIVA DE ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 12” • POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE DIFERENTES PARÂMETROS SIMULTÂNEOS ATRAVÉS DA INCLUSÃO DE MÓDULOS, ABRANGENDO: ECG, SPO2, RITMO RESPIRATÓRIO, NIBP, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESSÃO INVASIVA, DÉBITO CARDÍACO, ANALISADOR DE GASES AGENTES ANESTÉSICOS, EEG, ÍNDICE DE SEDAÇÃO BIS OU SIMILAR, FIO2 • MÓDULOS INCLUSOS NO MÍNIMO: ECG, SPO2, RITMO RESPIRATÓRIO, NIBP, IBP, CAPNOGRAFIA E TEMPERATURA • CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA ATRAVÉS DA INSERÇÃO/RETIRADA DOS MÓDULOS •	UNID	0	4	0	0	0	0	0	1	0	5	RS 12.446,11	RS 62.230,55			

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
 Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04
 Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





IDENTIFICADOR LUMINOSO QUE FACILITE IDENTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ALARMES • ALÇA PARA TRANSPORTE • ALIMENTAÇÃO 110 240 VAC AUTOMÁTICO MÓDULO DE ECG: • PRÉAMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE COM 07 DERIVAÇÕES • AJUSTE DE GANHO DAS DERIVAÇÕES E DE VELOCIDADE DE TRAÇADO NA TELA • IMAGEM CONGELÁVEL EM CASO DE ARRITMIA COM ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DE OUTRO CANAL PARA CONTINUIDADE DA MONITORAÇÃO • INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA TELA • FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 0 A 250 BPM • RESOLUÇÃO: 1 BPM • DETECÇÃO/REJEIÇÃO DE PULSO MARCAPASSO • RECONHECIMENTO DE ELETRODO SOLTO, TREMOR MUSCULAR, MUDANÇA DE POSIÇÃO • PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS DO DESFIBRILADOR E MICROELETROCUÇÃO • ALARMES AUDIOVISUAIS PARA ARRITMIAS E ELETRODO SOLTO, COM REGISTRO AUTOMÁTICO DO EVENTO • FILTROS SELECIONÁVEIS • INDICAÇÃO SONORA DO PULSO QRS, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME MÓDULO DE SPO2: • PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE LUZ UNFRAVERMELHA • INDICAÇÃO DIGITAL E CURVA PLETISMOGRÁFICA • FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 100; • RESOLUÇÃO: 1; • EXATIDÃO ENTRE 2 E 2 NAS MEDIDAS SUPERIORES A 70 DA SATURAÇÃO • ALARME DE FALHA, DE FALTA DE SENSOR E ALARME AJUSTÁVEL DE SATURAÇÃO ALTA E BAIXA MÓDULO DE NIBP: • MEDIÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA •

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





PRESSÃO MÁXIMA ADULTO : 300 MM HG
• PRESSÃO MÁXIMA PEDIÁTRICO: 150 MM HG • ALARMES: PRESSÃO ALTA E BAIXA • MÉTODO: OSCILOMÉTRICO POR TRANSDUTOR DE ESTADO SÓLIDO MÓDULO DE CAPNOGRAFIA ETCO2 • TIPO: SIDESTREAM OU MAINSTREAM SELECIONÁVEL A CRITÉRIO DO USUÁRIO • CURVA: CAPNOGRAMA • RANGE: 0 100 MMHG • RESOLUÇÃO: 1 MMHG MÓDULO DE PRESSÃO INVASIVA IBP • DOIS CANAIS DE PRESSÃO POR MÓDULO, COM IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO CANAL UTILIZADO • MEDIÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA • POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA FORMA DE ONDA DA PRESSÃO • POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO INTRACRANIANA MÓDULO DE TEMPERATURA: • 2 CANAIS INDEPENDENTES • FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA: 15 A 45 °C • PRECISÃO: 0,1 °C • SENSORES ESOFÁGICOS OU SUPERFICIAIS ASSESSÓRIOS GERAIS INCLUSOS: • 01 CABO FORÇA POR MONITOR • 01 CABO DE ECG, 5 VIAS POR MONITOR • 01 SENSOR DE TEMPERATURA POR MONITOR • 01 MANGUEIRA DUPLA PARA COM ENGATE PARA MANGUITO POR MONITOR • 02 MANGUITOS PARA PNI, TAMANHO ADULTO POR MONITOR • 01 SENSOR DE DEDO PARA OXIMETRIA, ORIGINAL, REUTILIZÁVEL, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, COMPRIMENTO MÍNIMO 2 MTS POR MONITOR • 01 SENSOR DE CAPNOGRAFIA TIPO MAINSTREAM POR MONITOR • 01 KIT PARA PRESSÃO INVASIVA COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO POR MONITOR • 02 MÓDULOS ADICIONAIS DE NIBP COMPATÍVEIS COM MONITORES

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





MOVIMENTO ELEVATÓRIO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 09 POSIÇÕES, COM PROTEÇÃO QUE AMORTECE O FECHAMENTO COMPLETO, AJUSTE DE ALTURA POR ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM MOTOR BLINDADO, CAPACIDADE PARA SUPORTAR PESOS SUPERIORES A 170 KG, ASSENTO EM PLÁSTICO OU MATERIAL SEMELHANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPORTE MÓVEL PARA APOIO DOS PÉS, AJUSTÁVEIS NO MÍNIMO 08 POSIÇÕES, MOVIMENTO GIRATÓRIO EM 30° NA HORIZONTAL, DEVE POSSUIR TANQUE PARA PLACENTA REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPLEMENTO PARA OS PÉS REMOVÍVEL, ENGATE RÁPIDO, CABECEIRA COM LAMINADO REMOVÍVEL PARA TRANSPORTE, COLCHÃO TRI PARTIDO EM ESPUMA PU DE ALTA DENSIDADE, SUPORTE LOMBAR ACOLCHOADO, APOIO DAS COSTAS E COLUNA CERVICAL, BRAÇOS DE ESFORÇO LATERAIS REBATÍVEIS, ARCO DE ESFORÇO E SUSTENTAÇÃO REMOVÍVEL, PORTA COXAS AJUSTÁVEIS CONSTRUÍDAS EM ALUMÍNIO E REVESTIDA COM MATERIAL MACIO, CONFORTÁVEL E RESISTENTE, GRADES LATERAIS RETRÁTEIS EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM POLIURETANO ESTRUTURADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 89 CM X 190 CM, ALTURA ATÉ O COLCHÃO VARIÁVEL ENTRE 70 A 97 CM ACESSÓRIOS: MOCHO AJUSTÁVEL DE ALTURA E RODÍZIO, ASSENTO ATIVO, TIPO CAVALINHO E SACO DE BOLAS PARA RELAXAMENTO, PRATELEIRA PARA ACESSÓRIOS, SUPORTE DE SORO COM 02 GANCHOS, CAPA PROTETORA PARA CAMA E CONTROLE REMOTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

		BIVOLT AUTOMÁTICO OU DE ACORDO COM TENSÃO DA UNIDADE CONTEMPLADA GARANTIA: DEVE SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA COMPLETA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02 DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS												
50	BANQUETA GIRATÓRIA PARA CENTRO CIRÚRGICO	BANQUETA GIRATÓRIA PARA CENTRO CIRÚRGICO ESTRUTURA EM AÇO INOX ASSENTO ESTOFADO APOIO PARA OS PÉS E RODÍZIOS	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 964,57	R\$ 1.929,14
51	BERÇO HOSPITALAR NEONATAL PARA TRANSPORTE ESTRUTURA EM AÇO INOX	BERÇO HOSPITALAR NEONATAL PARA TRANSPORTE ESTRUTURA EM AÇO INOX CESTO ACRÍLICO COM MOVIMENTO TRENDELEMBURG MANUAL E PRATELEIRA INFERIOR PÉS COM RODÍZIO DE 2 DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 73X41X75 CM CXPXA	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 19.670,73	R\$ 39.341,46
52	BERÇO AQUECIDO NEONATAL	BERÇO AQUECIDO NEONATAL SISTEMA: CALOR IRRADIANTE, ELEMENTO AQUECEDOR DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR NA PARTE SUPERIOR, SEM PREJUDICAR O ACESSO AO PACIENTE, CALHA PROTETORA DA RESISTÊNCIA, REFLETOR EM AÇO INOX POLIDO CENTRALIZADO COM O MEIO DO LEITO PROPICIANDO CALOR HOMOGÊNEO EM TODA ÁREA DO COLCHÃO PAINEL: MÓDULO CONTROLADOR ALOJANDO TODOS SEUS COMPONENTES, INSTALADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO EVITANDO A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, TECLAS DO TIPO TOQUE SUAVE DO TIPO	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 34.433,65	R\$ 68.867,30

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04
Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





MEMBRANA, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS INDEPENDENTES QUE MANTÊM A VISUALIZAÇÃO CONSTANTE DAS TEMPERATURAS PROGRAMADAS E REAIS DISPLAY DIGITAL DO NÍVEL DE POTÊNCIA SELECIONADO PELO USUÁRIO, DISPLAY DIGITAL DA TEMPERATURA DE PELE DO PACIENTE, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO LCD PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE PELE DESEJADA E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES
INDICAÇÃO ATRAVÉS DE LED POSICIONADA EM LOCAL ALTO E A FRENTE DA PANTALHA ELEMENTO AQUECEDOR PARA VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES
INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERMITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO MODO RN BAIXA SERVO CONTROLE, TEMPERATURA DO MODO RN ALTA SERVO CONTROLE, SENSOR RN DESCONECTADO, FALHA NO SENSOR DO RN, FALTA DE ENERGIA, FALHA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO E AQUECIMENTO EXCESSIVO NO MODO MANUAL
COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE UM MODO PARA O OUTRO CONTROLADA ATRAVÉS DO SENSOR DE PELE A INDICAÇÃO VISUAL DOS ALARMES PERMANECERÁ VISÍVEL MESMO COM O SOM INIBIDO, ATÉ A SOLUÇÃO DA CAUSA
BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SISTEMA DE SEGURANÇA DA TEMPERATURA DO AR NO MODO MANUAL PARA SITUAÇÕES DE TEMPERATURA ACIMA DE 39,5°C DESLIGANDO ASSIM

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





AUTOMATICAMENTE O AQUECIMENTO SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NA MÁXIMA POTÊNCIA DETERMINADA POR UM TEMPO CONSECUTIVO DE 15 MINUTOS SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA POR DISPOSITIVO DE DETECÇÃO ELETRÔNICA DE SOBRECARGA NO ELEMENTO AQUECEDOR ALARME DE ADVERTÊNCIA A CADA 10 MINUTOS NO MODO RN PARA VERIFICAÇÃO DA ROTINA DE TEMPERATURA DO PACIENTE SISTEMA DE AUTOTESTE CONSTANTE DAS FUNÇÕES, INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO INFORMA O MODO DE OPERAÇÃO ATUAL DO EQUIPAMENTO, MODO MANUAL OU MODO RN/AUTOMÁTICO SERVO CONTROLE MOSTRADORES PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DA PELE DO RN E DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM PERFEITA VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DEVIDO SUA LUMINOSIDADE NÍVEL DE POTÊNCIA DE AJUSTE PARA O MODO MANUAL DE 0 A 100 COM AJUSTE A CADA 1 ATÉ 10 E A CADA 10 DE 10 A 100. FAIXA DE LEITURA DA TEMPERATURA DO RN DE 0°C A 50°C FAIXA DE TRABALHO EM ITC MODO SERVO DE 30 À 38° C COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C SISTEMA PELA QUAL, A TEMPERATURA DO RN É CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA MEDIÇÃO EXERCIDA POR UM SENSOR QUE CAPTA A TEMPERATURA DA PELE

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





DO RN, CONFORME UM VALOR ESTABELECIDO PREVIAMENTE PELO USUÁRIO SERVO CONTROLE, AJUSTANDO AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DO AR BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS TEMPERATURAS E POTENCIAS RETENÇÃO DE MEMÓRIA NA FALTA DE ENERGIA DOS VALORES PROGRAMADOS TECLAS PARA SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO: MODO RN/AUTOMÁTICO SERVO CONTROLE OU MODO MANUAL POTÊNCIA
TECLA DE INIBIÇÃO DE ALARME ÁUDIO
TECLA LIGA E DESLIGA DO EQUIPAMENTO
TECLA DE AUTO TESTE DO SISTEMA
CORPO: MÓVEL EM REFORÇADA CONSTRUÇÃO TUBULAR EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGINOSO, MOBILIDADE ATRAVÉS DE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 E BANDA LARGA COM FREIOS PROTETOR CONTRA CHOQUE PARA SEGURANÇA, ESTRUTURA INFERIOR RECUADA NAS LATERAIS, EM FORMATO DE Y PARA PERMITIR UMA MELHOR APROXIMAÇÃO LATERAL DO USUÁRIO SEM INTERFERÊNCIA DOS PÉS LEITO TIPO MESA RÁDIO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO DO CHASSI DE RAIOS X, ABAS LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUE PODEM SER DESARMADAS PARA USO DA UNIDADE EM CIRURGIAS OU ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO RN, PERMITINDO ASSIM LIVRE ACESSO AO PEQUENO PACIENTE E ABERTURAS PARA

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó

Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04

Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

55	ELETRÔNICO DISPENSADOR PVPI /CLOREXIDINA/ ALCOOL GEL E OUTROS COM RESERVATÓRIO E PEDAL SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE, RESERVATÓRIO MÓVEL E PEDAL COM EXTENSÃO E MANGUEIRA	BISTURI ELETRÔNICO ADQUIRIDO DISPENSADOR PVPI /CLOREXIDINA/ ALCOOL GEL E OUTROS COM RESERVATÓRIO E PEDAL SUPORTE DE FIXAÇÃO NA PAREDE, RESERVATÓRIO MÓVEL E PEDAL COM EXTENSÃO E MANGUEIRA	UNID	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	R\$ 374,04	R\$ 2.244,24
56	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX PARA CENTRO CIRÚRGICO ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO INOX	MESA AUXILIAR SEMI CIRCULAR EM AÇO INOX PARA CENTRO CIRÚRGICO ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO INOX PRATELEIRA SUPERIOR FABRICADA EM AÇO INOX EM FORMATO SEMICIRCULAR PRATELEIRA INFERIOR FABRICADA EM AÇO INOX EM FORMATO SEMICIRCULAR 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø75MM, SENDO DOIS COM TRAVAS E DOIS SEM TRAVAS MEDIDAS: ALT 85CM X COMP 1,20M X LARG 55CM	UNID	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	R\$ 3.105,66	R\$ 9.316,98
57	MESA PARA CABECEIRA FECHADA COM GAVETA/PORTA E RODÍZIOS	MESA PARA CABECEIRA FECHADA COM GAVETA/PORTA E RODÍZIOS UMA GAVETA E ARMÁRIO INFERIOR COM 01 PRATELEIRA INTERNA, TODA EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI PÉS COM RODÍZIOS DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 45X40X80 CM CXLXA	UNID	0	60	0	0	0	0	4	0	0	64	R\$ 813,78	R\$ 52.081,92
58	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX ARMAÇÃO TUBULAR EM INOX SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ PÉS COM RODÍZIOS CAPACIDADE APROXIMADA 150 LITROS	UNID	0	6	0	0	0	0	1	0	0	7	R\$ 579,37	R\$ 4.055,59
59	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL MODO DE OPERAÇÃO: DIGITALCAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 200KGMATERIAL DE CONFEÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KGDISPLAY INTEGRADO: POSSUI TARA: POSSUI .HOMOLOGADA PELO INMETRO.	UNID	0	0	0	0	70	0	0	0	0	70	R\$ 1.640,13	R\$ 114.809,10

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04
Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br





Prefeitura de Tamboril

60	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO ATÉ 50 LITROS 10M³	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO ATÉ 50 LITROS 10M³ CARRINHO PARA TRANSPORTE CILINDRO 400 500 L 66 100 M3 COM RODA BORRACHA NÚCLEO PP DIMENSÕES 135 X 45 X 35 CM A X L X F	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 1.037,03	R\$ 1.037,03
61	CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS COM BANDEJAS, COM CESTO, COM COMPARTIMENTOS DE ESTRUTURA ABERTA RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø100 MM COM PÁRACHOQUES E PEGA LATERAL PARA FACILITAR O MOVIMENTO INCLUI 2 CESTOS ISO MÉDIOS E 2 CESTOS ISO GRANDES DIMENSÕES 770 X 400 X 1100 MM	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	R\$ 1.782,69	R\$ 1.782,69
62	SELADORA	SELADORA 40 CM COM PEDAL PARA FECHAMENTO DE SACOS POLIETILENO E POLIPROPILENO ATÉ 0,20 MM DE ESPESSURA AQUECIMENTO INSTANTÂNEO ÁREA DE SELAGEM: 40 CM VOLTAGEM: 110/220 V	UNID	0	1	0	0	0	0	0	0	10	11	R\$ 1.669,17	R\$ 18.360,87
63	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS DE LED'S	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS DE LED'S • FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 CÚPULAS: 02 CÚPULAS DE 24 LED'S X 24 LED'S; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LEDS DE 150.000 HORAS; MANIULAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PAINEL OU CONTROLE REMOTO; MÓDULO DE EMERGÊNCIA DO EQUIPAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 180 MIN; TEMPERATURA DE COR COM VARIAÇÃO DE 3000 A 6000 K; SISTEMA LCC; SISTEMA PROVIDO DE DISSIPACÃO DE CALOR PASSIVO SEM A NECESSIDADE DE USO DE COOLER, VENTOINHAS ENTRE OUTROS; CONSUMO DE ENERGIA ENTRE 60 A 100 VA POR CÚPULA; CERTIFICAÇÃO IP-44 OU IP-54;	UNID	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 33.899,66	R\$ 67.799,32

Centro Administrativo Julieta Alves Timbó
Rua Germiniano Rodrigues de Farias S/N – Bairro São Pedro – CNPJ 07.705.817/0001-04
Fone: (88) 3617-1188 – www.tamboril.ce.gov.br

